

Olsztyn, dnia 10.10.2018 r.

ZESTAW (1)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawców złożone do postępowania nr MPEC/PE-EZ/175/18 na legalizację liczników ciepła w latach 2019-2020.

Pytanie 1.

Wśród wymagań stawianych Wykonawcy jest wymóg posiadania specjalistycznego oprogramowania do korekcji krzywej błędu ultradźwiękowych przetworników przepływu typu Ultraflow II, Ultraflow 65S/R, przetworników przepływu firmy SIEMENS (ULTRAHEAT 50).

W związku z tym wymogiem Wykonawca musi załączyć do oferty Oświadczenie o posiadaniu takiego oprogramowania. Z drugiej strony zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca może korzystać z udziału podwykonawców.

Proszę o wyjaśnienie jak firma posiadająca uprawnienia do wykonywania legalizacji, a nie posiadająca sama oprogramowania do korekcji krzywej błędu przetwornika (posiadająca firmę kooperanta, która dla niej taką usługę może wykonać) powinna złożyć ofertę, jakie dokumenty załączyć.

Czy wymóg posiadania takiego oprogramowania jest konieczny? Przedmiotem zamówienia jest usługa legalizacji liczników. Usługa wykonania korekcji pracy licznika zawsze wymaga przedstawienia dodatkowej kalkulacji i skonsultowania z Zamawiającym, stanowi jakby odrębną osobno rozliczaną usługę.

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca nie posiada oprogramowania do korekcji krzywej błędu przetwornika i nie może złożyć oświadczenia zgodnie z wymogiem przedstawionym w pkt 9 Rozdziału VI SIWZ, w takim przypadku do oferty powinien załączyć oświadczenie własne potwierdzające, że przez okres trwania umowy będzie korzystał z usług podwykonawcy, wskazać tego podwykonawcę oraz zakres jego usług, jak również winien załączyć oświadczenie podwykonawcy o dysponowaniu takim oprogramowaniem.

Zapis o możliwości korzystania z usług podwykonawców stworzony został z myślą o przetwornikach przepływu o większych średnicach (powyżej DN50) i/lub większych przepływach nominalnych (powyżej 15 m³/h), dla których Wykonawca może nie mieć gotowych stanowisk.

Usługa wykonania korekcji pracy licznika w przypadku takiej potrzeby będzie traktowana jako integralna część wykonania usługi – każdorazowo wyszczególniona na fakturze i protokole przekazania urządzeń.

Pytanie 2.

Czy ogólnie udział podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia należy zgłaszać na etapie ofertowania, jeśli tak to w jakiej formie?

Odpowiedź:

Zgłoszenia podwykonawcy należy dokonać w momencie składania oferty. W oświadczeniu należy wskazać nazwę podwykonawcę oraz zakres usług, z których przy realizacji zamówienia korzystać będzie Wykonawca.

Pytanie 3.

Zapis SIWZ i umowy zastrzegają, że ceny pozostają stałe przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ewentualnej zmiany obowiązującej stawki VAT. Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy. Na wartość oferty składa się cena sprawdzenia (kontroli metrologiczne) i opłat GUM. Wysokość opłat GUM jest regulowana przepisami ogólnymi, niezależna od Wykonawcy. Co w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy wysokość opłat GUM ulegnie zmianie.

Odpowiedź:

W przypadku zmiany stawek GUM, nowa cena będzie wprowadzona do umowy aneksem, po złożeniu wniosku o zmianę i udokumentowaniu przez Wykonawcę faktu nastąpienia takiej zmiany.

W § 4 Umowy Zamawiający dodaje ust. 9 o następującym brzmieniu:

„9. W przypadku zmiany obowiązującej opłaty GUM Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o sporządzenie aneksu do umowy obejmującego wprowadzenie zmian opłat wskazanych w §1 ust. 3.1 Umowy. Do wniosku Wykonawcy zobowiązany jest załączyć podstawę prawną opłat naliczanych przez GUM”.